

## **Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania nr 01/2020/EFS/9.2.6/II**

### **Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę do kończyn dolnych i kręgosłupa o pojemności zabiegowej 80l i 210l ? Pozwoli to Zamawiającemu na ekonomiczniejsze zużycie wody ponieważ zakres 80l jest w praktyce zupełnie wystarczającym poziomem napełniania wirówki w celu wykonania efektywnego zabiegu.

### **Odpowiedź:**

Tak, dopuszczamy.

### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę do kończyn górnych o maksymalnej pojemności zabiegowej ok 40l ? A ponieważ wirówkę napełnia się manualnie to poziom wody jest zależny do tego ile terapeuta jej napełni do wykonania konkretnego zabieg

### **Odpowiedź:**

Tak , dopuszczamy.

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności wykonania montażu sprzętu, przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi koncentratorów tlenu?

Urządzenia, które oferujemy są doskonale znane personelowi, a ich obsługa jest bardzo prosta. Do urządzeń jest dołączona instrukcja obsługi w języku polskim. Oferowane przez nas koncentratory tlenu od wielu lat pracują w wielu hospicjach na terenie całego kraju (także u Państwa).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź niejasności jesteśmy w stanie udzielić niezbędnych informacji telefonicznie. Konieczność wykonania szkolenia podnosi znacząco cenę urządzeń.

### **Odpowiedź:**

Tak. Wyrażamy zgodę.