

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Lp.	Nazwa / Opis parametru	Parametr wymagany (graniczny)	Parametr oferowany TAK/NIE (proszę wypełnić)
Aparat do elektroterapii			
1.	aparat do przeprowadzania zabiegów bipolarnymi i unipolarnymi prądami niskiej częstotliwości	TAK	
2.	aparat do przeprowadzania zabiegów bipolarnymi i unipolarnymi prądami średniej częstotliwości modulowanymi przebiegami niskiej częstotliwości	TAK	
3.	prądy interferencyjne	TAK	
4.	TENS - symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, Burst	TAK	
5.	TENS do terapii porażen spastycznych	TAK	
6.	tonoliza	TAK	
7.	diadynamiczne MF, DF, CP, CP-ISO, LP	TAK	
8.	prądy impulsowe	TAK	
9.	prądy unipolarne, falujące	TAK	
10.	prądy galwaniczne	TAK	
11.	mikroprądy	TAK	
12.	elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej	TAK	
13.	automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji	TAK	
14.	możliwość ustawienia programów ulubionych	TAK	
15.	min. 30 wbudowanych sekwencji zabiegowych	TAK	
16.	dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe	TAK	
17.	tryb pracy programowy i manualny	TAK	
18.	czytelny wyświetlacz	TAK	
19.	wybór jednostek chorobowych po nazwie	TAK	
20.	zegar zabiegowy	TAK	
21.	test elektrod	TAK	
22.	statystyki przeprowadzonych zabiegów	TAK	
23.	regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego	TAK	
24.	praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia)	TAK	
25.	pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie	TAK	
26.	możliwość generowania prądów jednokierunkowych (unipolarnych) w trybie przerywanym	TAK	
27.	elektrody punktowe 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm	TAK	
28.	wyłącznik pacjenta	TAK	
29.	gwarancja (proszę podać okres)	min 24 miesiące	

Zdjęcie oferowanego sprzętu:

.....
podpis Oferenta

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Lp.	Nazwa / Opis parametru	Parametr wymagany (graniczny)	Parametr oferowany TAK/NIE (proszę wypełnić)
Urządzenie do fali uderzeniowej			
1.	ciśnienie kompresora 1-5 bar	TAK	
2.	częstotliwość emisji impulsów (uderzeń) 1-25 HZ	TAK	
3.	ilość uderzeń 1- 10 000	TAK	
4.	żywność systemu balistycznego > 2 miliony cykli	TAK	
5.	tryb emisji fal : pojedynczy, ciągły, burst	TAK	
6.	kabel zasilający	TAK	
7.	zasilacz impulsowy	TAK	
8.	aplikator fali uderzeniowej	TAK	
9.	transmitter 10 mm	TAK	
10.	transmitter 15 mm	TAK	
11.	transmitter 20 mm	TAK	
12.	transmitter tytanowy 15 mm	TAK	
13.	żel do ultradźwięków	TAK	
14.	rysyk do wyświetlacza	TAK	
15.	zapasowy bezpiecznik zwłoczny	TAK	
16.	instrukcja obsługi	TAK	
17.	gwarancja (proszę podać okres)	24 miesiące	

Zdjęcie oferowanego sprzętu:

.....
podpis Oferenta