

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Lp.	Nazwa / Opis parametru	Parametr wymagany (graniczny)	Parametr oferowany TAK/NIE (proszę wypełnić)
Laser wysokoenergetyczny			
1.	tryby pracy źródeł promieniowania - ciągły i impulsowy	TAK	
2.	Sonda do laseroterapii wysokoenergetycznej HP 808nm o mocy 8W	TAK	
3.	impulsy trybu impulsowego - prostokątny, trójkątny (superpulse)	TAK	
4.	wypełnienie trybu impulsowego min. 1 – 90 %, impuls 50 us	TAK	
5.	częstotliwość trybu impulsowego min. 1 – 10 000 Hz;	TAK	
6.	szczytowa moc wyjściowa maks. 18 W; średnia moc wyjściowa maks. 10 W	TAK	
7.	zegar zabiegowy maks. 100 minut	TAK	
8.	zasilanie, pobór mocy 230 V, 50 – 60 Hz, 130 W 150 VA	TAK	
9.	regulacja mocy promienia laserowego	TAK	
10.	wiązka pilotująca , wskazująca miejsce aplikacji	TAK	
11.	Automatyczny test mocy promieniowania laserowego	TAK	
12.	Automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych - dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego	TAK	
13.	gwarancja	min 24 miesiące	

Zdjęcie oferowanego sprzętu:

.....
podpis Oferenta

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Lp.	Nazwa / Opis parametru	Parametr wymagany (graniczny)	Parametr oferowany TAK/NIE (proszę wypełnić)
Aparat do drenażu z mankietami na ramię i na nogę			
1.	liczba kanałów min. 4	TAK	
2.	czas zabiegu min. 0-30 min	TAK	
3.	min. parametry ciśnienia 50-280 mmHg;	TAK	
4.	mankiet na nogę: obwód uda min. 66cm, obwód łydki min. 42cm, obwód kostki min. 40 cm, udo-pięta min. 83cm, udo-śródstopie min. 90 cm, palce-pięta min. 30 cm	TAK	
5.	min. jeden tryb pracy	TAK	
6.	mankiet na rękę: obwód nadgarstka min. 24cm, obwód łokcia min. 40 cm, obwód ramienia min. 46cm, długość od ręki do pachy min. 70cm, długość od ręki do ramienia min. 80 cm.	TAK	
7.	gwarancja	min 24 miesiące	

Zdjęcie oferowanego sprzętu:

.....
podpis Oferenta